

Утверждаю: \_\_\_\_\_ Главный метролог ООО «ИВК-САЯНЫ»

  
\_\_\_\_\_ подписать  
Епишкин П.В.  
расшифровка

Акт № 05 от «30» января 2018 г.

**калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений)  
для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора  
в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО " САНТЕХЛИТ"

Адрес: 242620 п. Любохна, Брянской обл., ул. Брянская. 39-а

Модель: МС-140М-500-0,9

Дата испытания: «30» января 2018 г.


Средства испытания: Установка для калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: на 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №2  
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему Акту)

**Результаты испытаний**

Значение коэффициента к для отопительных приборов МС-140М-500-0,9 для измерителей  
ИНДИВИД-2 и ИНДИВИД-2 РМД составляет 0,1276.

Ответственный за калибровку:

  
\_\_\_\_\_ подписать  
Иванов А.А.  
расшифровка

1  
Влс  
8  
2

Дата: «30» января 2018г.

Фотография отопительного прибора




Схема подключения

