

Акт калибровки измерителя-распределителя тепла  
ИНДИВИД  
(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)  
определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,  
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО «Прадо» г. Ижевск

Модель: РАДО Classic 10 H500

Тип: Стальной панельный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 0,646

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)

**Результаты испытаний**

Коэффициент  $k$  для данного типа радиатора для «Индивид 1» - **0,0665**

Ответственный за калибровку:

Иванов А.А.

Дата: 31.01.2020

2 влс 0

подпись

