

**Акт калибровки измерителя-распределителя тепла  
ИНДИВИД  
(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)  
определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,  
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:

Производитель: АО «Ретиг Варме Рус»

Модель: РУРМО Compact 22 400

Тип: Стальной панельный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 0,977

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)


**Результаты испытаний**

Коэффициент k для данного типа радиатора для «Индивид 1» - 0,1492

Ответственный за калибровку:

Иванов А.А.

Дата: 23.09.19

  
Иванов А.А.

