

Акт калибровки измерителя-распределителя тепла  
ИНДИВИД  
(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)  
определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,  
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО «Прадо» г.Ижевск


Модель: PRADO Classic 20 H500

Тип: Стальной панельный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 1,046

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)



**Результаты испытаний**

Коэффициент k для данного типа радиатора для «Индивид 1» - **0,1022**

Ответственный за калибровку:

\_\_\_\_\_

подпись

Иванов А.А.

Дата: 31.01.2020

