

Акт калибровки измерителя-распределителя тепла
ИНДИВИД
(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)
определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО «Прадо» г.Ижевск

Модель: PРАДО Classic 33 H500

Тип: Стальной панельный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 2,450

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)

Результаты испытаний

Коэффициент k для данного типа радиатора для «Индивид 1» - 0,2212

Ответственный за калибровку: _____

подпись

Иванов А.А.

Дата: 31.01.2020

